

# 取出 输液港针头

请参阅您的  
“输液治疗入门指南”  
手册，了解额外信息。

本文信息不旨在替代专业建议。请始终遵循您的医生、  
护士或药剂师的建议。

## 概览

植入式输液港（更常被称为输液港）通常置入在需要接受长期静脉输液治疗的患者的体内。使用输液港，静脉接入，一针到位，并可利用输液港抽血进行化验。

## 入门指南

- 使用干净的工作区域
- 使用抗菌肥皂和温水彻底清洁双手  
(如果没有肥皂和水可用，则使用含酒精的洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

## 1 | 准备好您的用品：

- A. 冲洗注射器
  - \_\_\_\_ mL 生理盐水
  - \_\_\_\_ mL 肝素 \_\_\_\_ 单位/mL 肝素
- B. 酒精湿巾
- C. 无菌纱布
- D. 非无菌手套
- E. 绷带 (如需要)
- F. 利器盒

## 2 | 准备您的冲洗注射器

- A. 在使用注射器前，先别摘掉注射器头帽，用力推拇指按压件，直到感觉柱塞移动就好。
- B. 拧掉注射器头帽，向前推柱塞，排出空气和多余溶液。按照护士指示的量排出多余溶液。
- C. 重新盖上注射器帽，小心手不要触碰到注射器头。如果碰到，则需要用干净的注射器从头开始。把注射器放在一边备用。
- D. 对所有需要的冲洗注射器重复以上步骤。

## 3 | 用生理盐水冲洗输液港针头延长装置

- A. 用酒精湿巾擦拭注射帽至少 15 秒，然后自然风干。
- B. 使用在第 2 步中准备好的生理盐水冲洗注射器，取下保护帽。**不要**在取下帽后触碰注射器头。
- C. 如有需要，将生理盐水冲洗注射器连接到注射帽，打开输液管的夹具。

D. 用“推/停”法冲洗输液管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。

- \_\_\_\_mL 生理盐水

E. 取下生理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

---

#### 4 | 用肝素（除非输液港有一个三向瓣膜式尖端：如完全植入式静脉输液港）冲洗输液港针头延长装置

A. 用酒精湿巾擦拭注射帽至少 15 秒，然后自然风干。

B. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。**不要**在取下帽后触碰注射器头。

C. 如有需要，将肝素冲洗注射器连接到注射帽，打开输液管的夹具。

D. 用“推/停”法冲洗输液管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。

- \_\_\_\_mL 肝素\_\_\_\_单位/mL 肝素

E. 夹紧输液管夹具。

F. 取下肝素冲洗注射器并丢入垃圾桶。

#### 5 | 取出输液港针头

A. 取下敷料，然后用一只手的手指稳住输液港。

*（如果是患者以外的其他人取下敷料和针头，则应使用非无菌手套。）*

B. 另一只手向上拉针头直至听到咔哒一声，表明已启动安全装置。

C. 取出针头，丢弃到锐器盒中。

D. 如果出血，则用无菌纱布压住出血位置直至停止出血，和/或敷绷带（如需要）。

---

#### 潜在并发症

请务必向您的医疗保健提供者或护士及时报告任何潜在并发症。

如需了解关于输液港护理方面的信息，请参阅所提供的“植入式输液港护理”说明。